



Centre Suisse de Contrôle de Qualité
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Centro Svizzero di Controllo della Qualità
Quality Control Centre Switzerland

2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

P.P. CH - 1225 Chêne-Bourg Poste CH SA

Willi Fox GmbH
Medizinalprodukte
Frau Sandra Kohlbrenner
Pfluggässlein 14
4001 Basel

Chêne-Bourg, 2019-04-08

Ringversuchsbericht der externen Qualitätskontrolle 19-03-MA

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dieser Schlussbericht bezieht sich auf den eingangs erwähnten Ringversuch. Ihre Resultate wurden streng vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch. Wir stehen Ihnen für allfällige Fragen gerne zur Verfügung.

Allgemeine Bemerkungen zum Ringversuch

- Wir erinnern daran, dass der Abgabetermin für die Resultate eingehalten werden muss. Das Übertragen der Resultate ist ein integraler Bestandteil der EQK.
- Nach Abschluss des Ringversuchs, ist der Zugang zur elektronischen Erfassung nicht mehr möglich. Nachdem das Einverständnis des CSCQ für eine späte Abgabe erhalten wurde, müssen die Resultate folgendermassen auf einem Formular übermittelt werden: Einloggen via Mitglieds-Spalte (EQAcom), Benutzername und Passwort eingeben, im linken Menü auf Datenabfrage klicken, den gewünschten Ringversuch anwählen und Formular ausdrucken. Resultate eintragen und an das CSCQ übermitteln.

Persönliche Mitteilung [9921] (nur Sie alleine erhalten diese Information)

CK-MB Masse und Myoglobin, qualitativ: Für diesen Ringversuch haben Sie als einziger Teilnehmer mit einem kit WilliFox ein Resultat für diesen Parameter abgegeben. Aus diesem Grund konnten wir keinen spezifischen Zielwert ausrechnen. Die Probe war jedoch positiv für beide Parameter.


Anmerkungen zur Methode Troponin I - Qualitativ Messung [897]

Per 1. März 2019, wird die Pos.-Nr. 1735.00 *Troponin, T oder I, Schnelltest* von der Analysenliste gestrichen. Diese qualitativen Tests können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu Lasten der Grundversorgen durchgeführt werden.

Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
371	S-Troponin I ql		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform
372	S-CK - MB Masse ql		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
373	S-Myoglobin ql (Schnelltest)		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	keine Vorgabe

S-Troponin I ql [371]



Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

▼ Resultat : Positiv

QUALAB Auswertung : Konform

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet) ●

Z-Score : --

Methode Trop-I QI [897]

Anzahl Teilnehmer : 9


○ Zielwert : Positiv

Unsicherheit : --

SD : --

VK : --

S-CK - MB Masse ql [372]



Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

▼ Resultat : Positiv

QUALAB Auswertung : keine Vorgabe

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet) ●

Z-Score : --

Methode CKMB QI [898]

Anzahl Teilnehmer : 1


○ Zielwert : Positiv

Unsicherheit : --

SD : --

VK : --

S-Myoglobin ql (Schnelltest) [373]



Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Positiv

QUALAB Auswertung : keine Vorgabe

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet)

Z-Score : --

Methode Myogl. QI [899]

Anzahl Teilnehmer : 1

Zielwert : Positiv

Unsicherheit : --

SD : --

VK : --

Kommentare zu den Resultaten

Insgesamt sind die Resultate der Teilnehmer sehr gut.

Mitteilung

Bei Fragen zur Handhabung der Proben oder zum Abschlussbericht stehen wir gerne via E-Mail (cscq@hcuge.ch) oder per Telefon (022 305 52 36) zu Ihrer Verfügung.

Versanddaten der Proben für Ihre nächsten Ringversuche

20. Mai 2019, 26. August 2019, 28. Oktober 2019

Genehmigung

Bericht genehmigt von:

D. Kessler (Direktorin), M.-A. Perles (Ringversuchsbeauftragte), S. Mancino (Ringversuchsbeauftragte)

Dieses Programm ist im Bereich der Akkreditierung inbegriffen.



Services suisses d'essais d'aptitude
Schweizerische Eignungsprüfungsstellen
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio
Swiss proficiency testing services

SPTS 0004

Kontakt

CSCQ
2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

Tel.: +41 (0) 22 305 52 31
Fax: +41 (0) 22 305 52 38
E-mail: cscq@hcuge.ch
Web: www.cscq.ch

Vorgehensweise bei nicht erfüllen der Beurteilungskriterien:

« Das Labor ist verpflichtet, den Ursachen ungenügender Resultate auf den Grund zu gehen und die entsprechende Dokumentation aufzubewahren (mind. 5 Jahre), in Papierform und/oder elektronisch. Sind die Beurteilungskriterien und die Erfüllungskriterien für einen Parameter nicht erfüllt, muss das Labor zur Besprechung der Probleme mit dem Qualitätskontrollzentrum Kontakt aufnehmen um den Ursprung des Problems zu suchen. »

QUALAB, Externe obligatorische Qualitätskontrolle, 2015, Kapitel 4.3.2.

Dieser Bericht kann nicht ohne gemeinsame Bewilligung des Teilnehmers und des CSCQ teilweise kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.