



Centre Suisse de Contrôle de Qualité
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Centro Svizzero di Controllo della Qualità
Quality Control Centre Switzerland

2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

P.P. CH - 1225 Chêne-Bourg Poste CH SA

Willi Fox GmbH
Medizinalprodukte
Frau Sandra Kohlbrenner
Pfluggässlein 14
4001 Basel

Chêne-Bourg, 2019-05-08

Ringversuchsbericht der externen Qualitätskontrolle 19-04-TO

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dieser Schlussbericht bezieht sich auf den eingangs erwähnten Ringversuch. Ihre Resultate wurden streng vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch. Wir stehen Ihnen für allfällige Fragen gerne zur Verfügung.

Allgemeine Bemerkungen zum Ringversuch

Wichtige Mitteilung


Zur Verbesserung unserer Leistungen wurden unsere Lieferscheine, die jedem Probenversand beiliegen, geändert. Um einer Anfrage mehrerer Teilnehmer nachzukommen, haben wir am Ende des Lieferscheins eine Rubrik hinzugefügt, die ausschliesslich zum internen Zweck des Labors dient. Diese Lieferscheine sollen nicht an das CSCQ zurückgesandt werden!

Für einige Ringversuche, sowie für einzelne Teilnehmer die noch nicht für EQAcom eingeschrieben sind, liegt ein Resultatformular bei. Dieses vollständig ausgefüllte, datierte und unterschriebene Formular bitte an das CSCQ zurücksenden.

Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
1500	U-Amphetamine, gesamt		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	Konform
1501	U-Barbiturate		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform
1502	U-Benzodiazepine		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	Konform
1504	U-Cannabinoid		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform
1505	U-Kokain		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform
1509	U-MDMA		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
1510	U-Methadon		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	Konform
1511	U-Methamphetamin		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
1513	U-Opiate		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	Konform


U-Amphetamine, gesamt [1500]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet)	◆
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	107	164
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Barbiturate [1501]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Positiv	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet)	◆
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	73	109
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Benzodiazepine [1502]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	103	158
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Cannabinoid [1504]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Positiv	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	109	169
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Kokain [1505]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Positiv	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	112	170
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-MDMA [1509]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	◇
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	46	51
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Methadon [1510]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Positiv	
QUALAB Auswertung :	Konform	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	◇
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	97	141
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	


U-Methamphetamin [1511]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Negativ	
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●	◇
Z-Score :	--	
Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	81	88
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

U-Opiate [1513]



Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : Konform

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet) ●

Z-Score : --

Methode	Kit [035]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	110	167
Zielwert :	Negativ	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

Kommentare zu den Resultaten

- Insgesamt sind die Resultate für diesen Ringversuch sehr gut.
- Drogenmissbrauch: Die Probe war positiv für Trizyklische (Amitriptylin 4300 µg/L), Barbiturate (Secobarbital 2039 µg/L), Canabinoid (THC-COOH 200 µg/L), Kokain (Benzoylcegonin 1780 µg/L), EDDP (952 µg/L), Methadon (707 µg/L), Methaqualon (1990 µg/L) und Ethanol (32 mmol/L).

Versanddaten der Proben für Ihre nächsten Ringversuche

01. Juli 2019, 30. September 2019

Genehmigung

Bericht genehmigt von:

D. Kessler (Direktorin), E. Mertz (Ringversuchsbeauftragte), S. Bourgeois (Ringversuchsbeauftragte)

Dieses Programm ist im Bereich der Akkreditierung inbegriffen.



Services suisses d'essais d'aptitude
Schweizerische Eignungsprüfungsstellen
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio
Swiss proficiency testing services

SPTS 0004

Kontakt

CSCQ
2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

Tel.: +41 (0) 22 305 52 31
Fax: +41 (0) 22 305 52 38
E-mail: cscq@hcuge.ch
Web: www.cscq.ch

Vorgehensweise bei nicht erfüllen der Beurteilungskriterien:

« Das Labor ist verpflichtet, den Ursachen ungenügender Resultate auf den Grund zu gehen und die entsprechende Dokumentation aufzubewahren (mind. 5 Jahre), in Papierform und/oder elektronisch. Sind die Beurteilungskriterien und die Erfüllungskriterien für einen Parameter nicht erfüllt, muss das Labor zur Besprechung der Probleme mit dem Qualitätskontrollzentrum Kontakt aufnehmen um den Ursprung des Problems zu suchen. »

QUALAB, Externe obligatorische Qualitätskontrolle, 2015, Kapitel 4.3.2.

Dieser Bericht kann nicht ohne gemeinsame Bewilligung des Teilnehmers und des CSCQ teilweise kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.